ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 1	Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

MGM Consultoria e Diagnósticos em Equipamentos Elétricos Ltda.

ACREDITAÇÃO N°	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 0623	**INSTALAÇÃO PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MOTORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	**ENSAIO QUÍMICO**	
LÍQUIDOS ISOLANTES ELÉTRICOS	Determinação do teor de produtos clorados em óleo mineral isolante por potenciometria LQ = 3,0 mg/kg	ABNT NBR 16432:2016
	Determinação de teor de bifenilas policloradas (PCB) por cromatografia gasosa (CG-ECD) LQ = 2,0 mg/kg	ABNT NBR 13882:2008

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"

_____

Em, 06/05/2019

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 2

ACREDITAÇÃO N°	TIPO DE INSTALAÇÃO
0623	INSTALAÇÃO DE CLIENTE

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MOTORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	**AMOSTRAGEM**	
LÍQUIDOS ISOLANTES ELÉTRICOS	Em recipientes de entrega e armazenagem e de equipamentos elétricos isolados a óleo para todos os ensaios realizados na instalação permanente do organismo de avaliação.	ABNT NBR 8840:2013