ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 1	Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS / LABORATÓRIO DE MEDIDORES - CEDAE

ACREDITAÇÃO N°	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 1083	**INSTALAÇÃO PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE	**ENSAIOS MECÂNICOS**	
MEDIDOR DE VOLUME DE ÁGUA POTÁVEL FRIA, COM MODELO APROVADO DE ACORDO COM AS PORTARIAS INMETRO 155/2022	Inspeção visual para confirmação da conformidade com o modelo aprovado.	Portaria Inmetro 155 de 01/06/2022, Regulamento Técnico Metrológico, Item 6.2.4 do Anexo A DOC 21 Ensaios
	Ensaio de estanqueidade	Portaria Inmetro 155 de 01/06/2022, Regulamento Técnico Metrológico, Item 6.2.5.1 do Anexo A DOC 21 Ensaios
	Determinação dos erros de indicação, pelo método volumétrico. Faixa de medição em vazão: 0,006 m³/h a 15 m³/h	Portaria Inmetro 155 de 01/06/2022, Regulamento Técnico Metrológico, Item 6.2.5.2 do Anexo A, itens 1 e 2 do Anexo D DOC 21 Ensaios
X-X-X-X-X	**X-X-X-X-X-X-X**	**X-X-X-X-X**

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"

_____ **Em, 23/02/2023**