



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

Georg Fischer FGS Indústria e Comércio Ltda.

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1221	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
Programa de Metrologia Legal: Supervisão Metrológica		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE	ENSAIOS MECÂNICOS	
MEDIDORES DE VOLUME DE GÁS DE PAREDES DEFORMÁVEIS (TIPO DIAFRAGMA)	Ensaio visual de correspondência ao modelo aprovado	Regulamento Técnico Metrológico, anexo à Portaria Inmetro nº 31 de 24 de março de 1997, item 8.1.
	Ensaio de exatidão Faixa de medição em vazão nominal: 0,016 m ³ /h a 6,0 m ³ /h	Regulamento Técnico Metrológico, anexo à Portaria Inmetro nº 31 de 24 de março de 1997, item 8.2.
	Ensaio de absorção de pressão (perda de pressão)	Regulamento Técnico Metrológico, anexo à Portaria Inmetro nº 31 de 24 de março de 1997, item 8.3.
X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-X

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 16/07/2020